

Set de Verificación de Calibración para HI 711



Descripción

El Set de Verificación de Calibración de Cloro Total para Checker® HC - **HI 711-11** proporciona una solución simple para validar el Checker® HC - **HI 711** de cloro total en el rango de 0.00 a 3.50 ppm (mg/L). Este set de estándares de alta calidad se fabrica en nuestras instalaciones de última tecnología y viene con un Certificado de Análisis. El Certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad al verificar el Checker® HC.

Especificaciones

Certificado de Análisis	Si
-------------------------	----

Hanna Instruments SAS www.hannacolombia.com

Envase	Cubetas
Cantidad de Análisis	1 set

Accesorios

No Especifica

Cómo pedir

No Especifica

Ventajas



- -Valor estándar de 1.00 +/- 0.05 ppm de cloro total @ 25°C
- -Reutilizable con larga vida útil
- -Suministrado con Certificado de Análisis:
 - Código de producto
 - Número de lote
 - Fecha de caducidad

Video

No Especifica