

Set de Verificación de Calibración para HI 713 HI713-11



Descripción

El Set de Verificación de Calibración para Checker® HC de Fosfato Rango Bajo - **HI713-11** proporciona una solución simple para validar el Checker® HC para Fosfato Rango Bajo - **HI713** que tiene un rango de 0.00 to 2.50 ppm (mg/L) de fosfato. Este conjunto de estándares de alta calidad se fabrica en nuestras instalaciones de última tecnología y viene con un Certificado de Análisis. El Certificado de Análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad al certificar el Checker® HC.

Especificaciones

No Especifica



-					
Λ		1			C
Н	LE	25	u	u	3

No Especifica

Cómo pedir

No Especifica

Ventajas

- -Valor estándar de 1.00 +/- 0.08 ppm de fosfato a 25°C
- -Reactivo medido previamente
- -Suministrado con Certificado de Análisis:
 - Código de producto
 - Número de lote
 - Fecha de caducidad



Video

No Especifica