

Hanna Instruments SAS www.hannacolombia.com

Set de verificación de calibración Checker® HC de cromo VI rango alto




Descripción

El set de verificación de calibración para Checker® HC de cromo VI rango alto **HI723-11** proporciona una solución simple para validar el Checker® HC para cromo VI de rango alto **HI723** que tiene un rango de 0.00 a 999 ppb. Este conjunto de estándares de alta calidad se fabrica en nuestras instalaciones de última tecnología y viene con un certificado de análisis. El certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad al certificar el Checker® HC.

Especificaciones

Certificado de Análisis	Sí
Envase	Cubetas
Cantidad de Análisis	1 juego





Hanna Instruments SAS www.hannacolombia.com

Accesorios

No Especifica

Cómo pedir

No Especifica

Ventajas



- -Valor estándar de 300 +/- 15 ppb de cromo VI a 25°C
- -Reutilizable con larga estabilidad de vida útil
- -Suministrado con certificado de análisis:
 - Código de producto
 - Número de lote
 - Fecha de caducidad

Video

No Especifica