Hanna Instruments SAS www.hannacolombia.com

Set de verificación para calibración Checker® HC cloro total de rango ultra bajo HI761-11



# **Descripción**

El set de verificación de calibración Checker® HC de cloro total rango ultra bajo **HI761-11** proporciona una solución simple para validar el Checker® HC cloro total de rango ultra bajo **HI761** que tiene un rango de 0 a 500 ppb. Este conjunto de estándares de alta calidad se fabrica en nuestras instalaciones de última generación y se suministra con un certificado de análisis. El certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad al certificar el Checker®HC.

### **Especificaciones**

No Especifica



# Ficha Técnica del Producto Set de verificación para calibración Checker® HC cloro total de rango ultra bajo

Hanna Instruments SAS www.hannacolombia.com

#### **Accesorios**

No Especifica

# Cómo pedir

No Especifica

## **Ventajas**

El **HI761-11** es un conjunto de estándares de calibración de alta calidad que permite a los usuarios validar el Checker®HC de rango ultra bajo de cloro total **HI761**. El **HI761-11** incluye una cubeta sellada para cero ppb de cloro total y una cubeta teñida a una muestra de cloro total equivalente a 200 +/- 15 ppb a 25 °C.

- -Reutilizable con estabilidad de larga vida útil.
- -Se suministra con certificado de análisis:
  - Código de producto
  - Numero de lote
  - Fecha de caducidad



#### **Video**

No Especifica