Solución de llenado de electrodos de LiCl 1M en etanol para titulación no acuosa
HI7094

Descripción

La solución de llenado de electrodos de LiCl 1M en etanol para titulación no acuosa está diseñada para usarse con las sondas HI1151B , HI1049B y HI3149B .

El uso de LiCl en la solución de llenado de etanol ayuda a garantizar mediciones precisas en un entorno de disolvente no acuoso durante el proceso de titulación. Este método de titulación no acuosa es una técnica fiable y ampliamente aceptada para determinar el contenido total de ácidos grasos en diversos tipos de aceites, incluido el de oliva.

Antes de usar, es necesario retirar la solución de llenado original, enjuagar y llenar con HI7094S (solución alcohólica). Tras la titulación, retirar esta última solución y volver a llenar con HI7082 .

Especificaciones

No Especifica

Accesorios

No Especifica

Cómo pedir

No Especifica

Ventajas

No Especifica

Video

No Especifica