

Solución de Calibración pH 9.08 con certificado, bolsitas (25) 20 mL

HI 70009C



Descripción

Incrementa la precisión de su medida, con la solución reguladora HANNA pH 8.20 y pH 8.30 pH. La etiqueta indica el código de lote, la fecha de expiración y la tabla de correlación entre el pH y la temperatura.

Especificaciones

Valor pH @25°C	9.18
Tamaño	20 mL
Paquete	bolsitas (25)
Certificado de análisis	Si

Accesorios

No Especifica

Cómo pedir

No Especifica

Ventajas

No Especifica

Video

No Especifica