

## Solución de Calibración pH 9.08 con certificado, bolsitas (25) 20 mL

HI 70009C



## Descripción

Incrementa la precisión de su medida, con la solución reguladora HANNA pH 8.20 y pH 8.30 pH. La etiqueta indica el código de lote, la fecha de expiración y la tabla de correlación entre el pH y la temperatura.

## Especificaciones

Valor pH @25°C	9.18
Tamaño	20 mL
Paquete	bolsitas (25)
Certificado de análisis	Si

## Accesorios

No Especifica

## Cómo pedir

No Especifica

## Ventajas

No Especifica

## Video

No Especifica